

SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

La máquina de RM se comporta como potente imán, por lo que se debe preguntar al paciente, entre otras cosas, si es portador de **dispositivos metálicos y electrónicos**, en cuyo caso puede estar **CONTRAINDICADA LA REALIZACIÓN DE UNA RM.**

ADVERTIR ANTES DE PEDIR LA RM y AL LLEGAR AL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA SI ES PORTADOR DE:

- **IMPLANTES ELECTRÓNICOS:**
MARCAPASOS CARDIACO,
- ESTIMULADOR DE LA MÉDULA ESPINAL,
- BOMBA DE INSULINA,
- PROTÉSIS METÁLICAS,
- CLIPS POR ANEURISMAS CEREBRALES,
- PRÓTESIS VASCULARES,
- PROTESIS ARTICULARES U ÓSEAS
- **PARTÍCULAS METÁLICAS INTRAORBITARIAS**
- EMBARAZO
- TATUAJES

Estas condiciones pueden CONTRAINDICAR LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

ANTES DE ENTRAR EN LA SALA:

- **ELIMINAR LACA DEL CABELLO.**
- **ELIMINAR MAQUILLAJE DE LA PIEL.**
- **EXTRAER PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES.**
- **DEJAR FUERA CINTURONES.**
- **DEJAR FUERA TARJETAS DE CRÉDITO.**
- **DEJAR FUERA PIERCING, JOYAS.**
- **DEJAR FUERA AUDÍFONOS**
- **DEJAR FUERA GAFAS Y LENTILLAS.**
- **DEJAR FUERA CUALQUIER OTRO MATERIAL FERROMAGNÉTICO.**